



# Zertifikat

Mit dem GAMMA-SCOUT® Nr. **45095** wurde 3 Tage die

Umgebungsstrahlung gemessen und mit einem Referenzgerät verglichen.

Die Abweichung von diesem Referenzgerät ist kleiner als  $\pm 5\%$ .

Die Referenzgeräte wurden im Institut für Radiochemie und Strahlenschutz

der Fachhochschule Mannheim - Hochschule für Technik und Gestaltung - im Bereich

bis zu einer Äquivalentdosisleistung von  $10 \mu\text{Sv/h}$  gemessen und für geeignet ermittelt.

Die Referenzgeräte werden regelmäßig überprüft.

Dem GAMMA-SCOUT® Nr. **45095** kann deshalb eine sehr gute Meßleistung bestätigt werden.

Prof. Dr. E. Foßhag

- Institutsleiter -